

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/205 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	-	-	Օդի շրջանառության ռեժիմ՝ հարկադիր կոնվեկցիա: Ջերմաստիճանային տիրույթ՝ ինկուբատոր՝ սենյակային ջերմաստիճան $+5^{\circ}\text{C}$-ից մինչև $+80^{\circ}\text{C}$, չորացման պահարան՝ $+80^{\circ}\text{C}$-ից մինչև $+300^{\circ}\text{C}$: Ջերմաստիճանի կարգավորման ճշգրտություն (բաժանման արժեք)՝ $0,1-0,2^{\circ}\text{C}$: Ջերմաստիճանի տատանում՝ $\pm 1,0-1,1^{\circ}\text{C}$: Ջերմաստիճանի միատարրություն՝ ինկուբատոր՝ $\pm 1,0-1,1^{\circ}\text{C}$, չորացման պահարան՝ $\pm 2,5-2,6\%$: Ներքին խցիկ՝ բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից, հայելային մակերեսով: Արտաքին կորպուս՝ սառը գլանվածքով պողպատից՝ Էլեկտրաստատիկ ներկապատմամբ: Ջերմամեկուսիչ շերտ՝ բարձրորակ ջերմամեկուսիչ բամբակից/բրդից՝ CE համապատասխանությամբ: Տաքացուցիչ՝ չժանգոտվող պողպատից: Արտահոսքի/օդափոխման անցք՝ վերին հատվածում՝

				ֆ28-29 մմ տրամագծով, չափման անցքի գործառույթով: Ջերմաստիճանի կառավարման ռեժիմ՝ PID ինտելեկտուալ երկաստիճան ջերմաստիճանային կառավարում: Ջերմաստիճանի կարգավորում՝ սենսորային կոճակներով: Ջերմաստիճանի ցուցադրման եղանակ՝ B տիպ՝ թվային LED էկրան, BE մոդել՝ թվային LCD էկրան: Ժամաչափ՝ 0-9999 րոպե՝ ժամանակային մեկնարկի/ սպասման (սինխրոնացման) գործառույթով: Գործառնական հնարավորություններ՝ մշտական ջերմաստիճանային ռեժիմով աշխատանք, ժամանակային գործառույթ, աշխատանքի ավտոմատ ավարտ/անջատում Լրացուցիչ գործառույթներ (BE մոդելի համար)՝ բարձր ճշգրտության անկախ թվային ջերմաստիճանի սահմանափակիչ, օդափոխիչի արագության կարգավորման հնարավորություն՝ 4-5 աստիճանով և 3-4 արագությամբ, ջերմաստիճանային շեղումների սենսորային ճշգրտում, գերբարձր ջերմաստիճանի ավտոմատ ինքնակարգավորում, ներքին պարամետրերի արգելափակում, էլեկտրամատակարարման անջատումից հետո պարամետրերի հիշողություն: Ջերմաստիճանային սենսոր՝ Pt100: Օգտակար ծավալ՝ 60-70 լիտր: Ներքին խցիկի չափսերը (L×Խ×Բ)՝ 400-402 × 360-362 × 450-452 մմ: Արտաքին չափսերը (L×Խ×Բ)՝ 550-552 × 550-552 × 840-842 մմ: Փաթեթավորման չափսերը (L×Խ×Բ)՝ 640-642 × 635-637 × 985-987 մմ: Դարակի դիրքերի քանակը՝ 8-9: Դարակի թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ մինչև 15-16 կգ: Դարակների միջև հեռավորությունը՝ 35-36 մմ: Սնուցման լարում /
--	--	--	--	--

			անվանական հոսանք՝ 220 Վ փոփոխական հոսանք / 7,2 Ա: Չուտ/համախառն քաշը (NW/GW)՝ 44-45/49-50 կգ: Հիմնական դարակների քանակը՝ 2-3 հատ: Դարակների հենակների/շրջանակների քանակը՝ 4-5 հատ: Լրացուցիչ պարագաներ՝ B մոդել՝ դարակ, BE մոդել՝ դարակ, RS485 ինտերֆեյս, տպիչ, ծրագրավորվող ջերմաստիճանային կառավարման սարք, հեռակառավարման վահանակ, տվյալների պահպանման USB կրիչ կամ տվյալների USB պահպանման հնարավորություն: Ցուցակում ներառված ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ արտադրված մատակարարման օրվանից ոչ ավելի, քան 1 տարի առաջ, չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործված կամ մասնակիորեն մաշված դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ: Մատակարարման փաթեթը պետք է ներառի առնվազն 1 (մեկ) տարվա երաշխիք: Մատակարարման ընթացքում անհրաժեշտ է իրականացնել սարքավորման տեղադրում և կարգավորում, ինչպես նաև ԵՊՀ աշխատակիցների համապատասխան ուսուցում՝ համապատասխան մասնագետի (մասնագետների) կողմից:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Նախն Հարուրդունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/205 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-	-	Օդի շրջանառության ռեժիմ՝ հարկադիր կոնվեկցիա: Ջերմաստիճանային տիրույթ՝ ինկուբատոր՝ սենյակային ջերմաստիճան +5 °C-ից մինչև +80 °C, չորացման պահարան՝ +80 °C-ից մինչև +300 °C: Ջերմաստիճանի կարգավորման ճշգրտություն (բաժանման արժեք)՝ 0,1-0,2 °C: Ջերմաստիճանի տատանում՝ ±1,0-1,1 °C: Ջերմաստիճանի միատարրություն՝ ինկուբատոր՝ ±1,0-1,1 °C, չորացման պահարան՝ ±2,5-2,6 %: Ներքին խցիկ՝ բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից, հայելային մակերեսով: Արտաքին կորպուս՝ սառը գլանվածքով պողպատից՝ էլեկտրաստատիկ ներկապատմամբ: Ջերմամեկուսիչ շերտ՝ բարձրորակ ջերմամեկուսիչ բամբակից/բրդից՝ CE համապատասխանությամբ: Տաքացուցիչ՝ չժանգոտվող պողպատից: Արտահոսքի/օդափոխման անցք՝ վերին հատվածում՝

				Փ28-29 մմ տրամագծով, չափման անցքի գործառույթով: Ջերմաստիճանի կառավարման ռեժիմ՝ PID ինտելեկտուալ երկաստիճան ջերմաստիճանային կառավարում: Ջերմաստիճանի կարգավորում՝ սենսորային կոճակներով: Ջերմաստիճանի ցուցադրման եղանակ՝ B տիպ՝ թվային LED էկրան, BE մոդել՝ թվային LCD էկրան: Ժամաչափ՝ 0-9999 րոպե՝ ժամանակային մեկնարկի/ սպասման (սինխրոնացման) գործառույթով: Գործառնական հնարավորություններ՝ մշտական ջերմաստիճանային ռեժիմով աշխատանք, ժամանակային գործառույթ, աշխատանքի ավտոմատ ավարտ/անջատում Լրացուցիչ գործառույթներ (BE մոդելի համար)՝ բարձր ճշգրտության անկախ թվային ջերմաստիճանի սահմանափակիչ, օդափոխիչի արագության կարգավորման հնարավորություն՝ 4-5 աստիճանով և 3-4 արագությամբ, ջերմաստիճանային շեղումների սենսորային ճշգրտում, գերբարձր ջերմաստիճանի ավտոմատ ինքնակարգավորում, ներքին պարամետրերի արգելափակում, էլեկտրամատակարարման անջատումից հետո պարամետրերի հիշողություն: Ջերմաստիճանային սենսոր՝ Pt100: Օգտակար ծավալ՝ 60-70 լիտր: Ներքին խցիկի չափսերը (L×Խ×Բ)՝ 400-402 × 360-362 × 450-452 մմ: Արտաքին չափսերը (L×Խ×Բ)՝ 550-552 × 550-552 × 840-842 մմ: Փաթեթավորման չափսերը (L×Խ×Բ)՝ 640-642 × 635-637 × 985-987 մմ: Դարակի դիրքերի քանակը՝ 8-9: Դարակի թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ մինչև 15-16 կգ: Դարակների միջև հեռավորությունը՝ 35-36 մմ: Սնուցման լարում /
--	--	--	--	---

			անվանական հոսանք՝ 220 Վ փոփոխական հոսանք / 7,2 Ա: Չուտ/համախառն քաշը (NW/GW)՝ 44-45/49-50 կգ: Հիմնական դարակների քանակը՝ 2-3 հատ: Դարակների հենակների/շրջանակների քանակը՝ 4-5 հատ: Լրացուցիչ պարագաներ՝ B մոդել՝ դարակ, BE մոդել՝ դարակ, RS485 ինտերֆեյս, տպիչ, ծրագրավորվող ջերմաստիճանային կառավարման սարք, հեռակառավարման վահանակ, տվյալների պահպանման USB կրիչ կամ տվյալների USB պահպանման հնարավորություն: Ցուցակում ներառված ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ արտադրված մատակարարման օրվանից ոչ ավելի, քան 1 տարի առաջ, չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործված կամ մասնակիորեն մաշված դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ: Մատակարարման փաթեթը պետք է ներառի առնվազն 1 (մեկ) տարվա երաշխիք: Մատակարարման ընթացքում անհրաժեշտ է իրականացնել սարքավորման տեղադրում և կարգավորում, ինչպես նաև ԵՊՀ աշխատակիցների համապատասխան ուսուցում՝ համապատասխան մասնագետի (մասնագետների) կողմից:
--	--	--	--