

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ Էրգոնոմիկ դիզայնի բժշկական բազկաթոռ, որն օգտագործվում է արյան վերցման և ինֆուզիոն պրոցեդուրաների համար Թիկնակի և ոտքերի հատվածների մեխանիկական կարգաբերում Բազկաթոռը պետք է հնարավորություն ունենա հորիզոնական դիրք ընդունել Բազկաթոռի շրջանակը չժանգոտվող կամ փոշեներկված պողպատից Աթոռի շրջանակը պետք է տեղադրված լինի չորս ռետինե ոտքերի վրա Արտաքին մակերեսը

					փափուկ՝ պատված հեշտ մաքրվող կաշվով կամ արհեստական կաշվով Պետք է ունենա հակաստատիկ հատկություններ Գործառույթները. Թիկնակը պետք է կարգավորվի ոչ պակաս քան 0°-70°միջակայքում Ոտքերի հատվածը պետք է կարգավորվի ոչ պակաս քան 0°-60°միջակայքում Բազկահենակները պետք է պտտվեն կամ ծալվեն ոչ պակաս քան 0°-180°միջակայքում Բազկահենակների բարձրությունը պետք է կարգավորելի լինի առնվազն 100 մմ Բեռնատարողությունը ոճ պակաս քան 180 կգ Ընդհանուր չափերը: LxWxH 1700x560x500 մմ ±5% Լրակազմ և պարագաներ. Աշխատակազմի ուսուցում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ
--	--	--	--	--	---

					(առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ	Արյան նմուշառման (դոնորական) բազկաթոռ	Кресло для взятия проб крови (донорское) Медицинское кресло эргономичного дизайна, используемое для донорства крови и инфузий Регулировка спинки и ножек с механическим управлением Кресло должен иметь возможность принимать горизонтальное положение Каркас стула должен быть изготовлен из нержавеющей стали или стали, окрашенной порошковой краской Каркас стула должен быть установлен на четырех резиновых ножках. Внешняя поверхность

					мягкая, покрыта легко моющейся кожей или искусственным кожзаменителем Должен обладать антистатическими свойствами Особенности: Спинка должна регулироваться не менее чем в диапазоне 0°-70° Подставка для ног должна регулироваться не менее чем в диапазоне 0°-60° Подлокотники должны быть повернуты или сложены в диапазоне не менее чем на 0°-180° Высота подлокотника должна регулироваться не менее чем на 100 мм Грузоподъемность не менее чем 180 кг Габаритные размеры: ДхШхВ 1700х560х500 мм ±5% Набор и аксессуары: Обучение персонала Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках Система должна включать в себя все необходимые принадлежности, необходимые для полноценной работы Должен быть новый, неиспользованный Гарантия не менее чем 12 месяцев Сертификаты качества (наличие): 1. ISO 13485 или эквивалент
--	--	--	--	--	---

