ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՂԱՐՇԱԿ ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ ԱՁ-ն ԱՊԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/46 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BIOBASE	BIOBASE	BKQ-Z150H	BIOBASE Global Co., Ltd	Ավտոկլավ հորզոնական Տիպը՝ հորիզոնական, պուլս-վակումային, Բ դասի, ոչ պակաս քան 150 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով Ախտահանվող գործընթացն ավտոմատ վերահսկվող Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն Սարքի ստերիլիզացման խցիկը, ստերիլիզացման խցիկը փակող կափարիչը և շոգեխցիկը պետք է պատրաստված լինեն չժանգոտվող պողպատից Պետք է ունենա թվային

						դիսփլեյ սարքի կառավարման և աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար Թվային դիսփլեյը ոչ պակաս քան 7 դյույմ Ներդրված ախտահանման ծրագրերի առկայություն, ծրագրերի քանակը ոչ պակաս քան 13 Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն ախտահանման տվյալների տպման համար Ստերիլիզացման խցիկի տրամագիծը 500 մմ, երկարությունը 780 մմ Աղտահանման խցիկում պետք է կարելի լինի մտցնել 39 մմ տրամագծով բիքս Հնարավոր Է ապահովել -0,096 ՄՊա ճնշում վակումի և 0,3ՄՊա ճնշում ստերիլիզացման համար Ստերիլիզացման աշխատանքային ճնշումը0,23ՄՊա Աշխատանքային ջերմաստիճանի կարգաբերումը ոչ պակաս քան 105°-134° C միջակայքում Քայլը 0,1 աստիճան Ախտահանման ժամանակի կարգաբերումը 1-99ր միջակայքում Չորացման ժամանակի կարգաբերումը 1-99ր միջակայքում Սնուցումը 380-400 Վոլտ, 50/60Հց Սարքի հետ պետք է մատակարարվի

					նաև գոլորշու մարիչ ավտոկլավից դուրս մղվող տաք գոլորշու ջերմաստիճանը իջեցնելու նպատակով՝ հետագայում գոլորշին պլաստիկ կոյուղի մղելու համար Համապատասխանություն և ստանդարտներ. Սարքավորումը պետք է խստորեն համապատասխանի հետևյալ դիրեկտիվներին և ստանդարտներին 1. առնվազն CE 2014/68/EU 2. առնվազն EU 2011/65/EU Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. ISO14001

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎԱՂԱՐՇԱԿ ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ ԱՁ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՊԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					