ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅՉԷՄԷՍ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/92 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	DRTECH	DRTECH	EXTRON 7	DRTECH /Կորեայի Հ անրապետություն/	Վիրաբուժական ռենտգեն համակարգ (C-Arm)DD3:D58 Գործառնական ռեժիմներ.(ոչ պակաս քան) Ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով Իմպուլսային ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով Թվային ռադիոգրաֆիա Թվային անգիոգրաֆիա Թվային սուբտրակցիոն անգիոգրաֆիա C-Arm C-arm ազատ տարածությունը ոչ պակաս քան 78 սմ (առանց սարքի որևէ դետալի հանման կամ ապամոնտաժման) Ուղեծրի շարժումը ոչ պակաս քան 165 °

						Հորիզոնական շարժումը ոչ պակաս քան 20 սմ Պտույտի միջակայքը ոչ պակաս քան 12°-ից մինչև -12° միջակայքում Ուղղահայաց շարժումը ոչ պակաս քան 50 սմ Ընկղման խորությունը ոչ պակաս քան 70 սմ Կողային շարժումը ղեկանիվով C-arm հիմնական միավորի լայնությունը ոչ ավելի քան 85 սմ Ռենտգենյան գեներատոր. Նոմինալ ելքային հզորությունը ոչ պակաս քան 15 ԿՎ ԿՎ տիրույթը ռադիոգրաֆիայի և ֆտորոսկոպիայի ընթացքում ոչ պակաս քան 40 կՎ-ից 110 կՎ միջակայքում Ռադիոգրաֆիա. Թվային ռադիոգրաֆիա (ՄԱ). ոչ պակաս քան 20 ՄԱ-ից 100 ՄԱ միջակայքում Էկսպոզիցիայի ժամանակը ոչ պակաս քան 25 մվրկ-ից 1000 մվրկ միջակայքում կամ էկսպոզիցիայի ավտոմատ վերահսկում Ֆլուրոսկոպիա. Տեսակները՝ ոչ պակաս քան պուլսային և շարունակական ֆլուրոսկոպիա 0,6 մմ կիզակետում պուլսային ֆլուրոսկոպիա mA. ոչ պակաս քան 3 ՄԱ-ից 10 ՄԱ միջակայքում 0,6 մմ կիզակետում

						Շարունակական ֆլուրոսկոպիա՝ ոչ պակաս քան 0,5 մԱ-ից 10 մԱ միջակայքում Պուլսային ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը՝ ոչ պակաս քան 15 պատկեր/վրկ Շարունակական ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը՝ ոչ պակաս քան 30 պատկեր/վրկ Ռենտգենյան խողովակ. Անոդային ջերմակրությունը ոչ պակաս քան 300kHU Թիրախի անկյունը՝ ոչ պակաս քան 10° Կոլիմատոր. Պտույտը ոչ պակաս քան 360° Հարթ վահանակային դետեկտոր. Դետեկտորի տեսակը՝ IGZO Դետեկտորի FOV (ակտից տարածք) ոչ պակաս քան 300 x 300մմ Պիքսելային քայլը ոչ ավելի քան 150 մկմ Պիքսելային մատրիցան ոչ պակաս քան 1004 x 1004 Դետեկտիվի քվանտային արդյունավետությունը DQE(0) (DQE) ոչ պակաս քան 65 % Մոդուլյացիայի փոխանցման գործառույթը (MTF) ոչ պակաս քան 65 % Տարածական թողունակությունը ոչ պակաս քան 2,4 տող / մմ Թվային էկրան ոչ պակաս քան 43 դյույմ, 4K, բարձր պայծառությամբ և հակազդեցիկ

						ծածկույթով Պահպանման ծավալը. ոչ պակաս քան 300,000 պատկեր կամ ոչ պակաս քան 1 Տբ Պատկերի մշակում. Աղմուկի ճնշում, հաճախականության ֆիլտրում, պտույտ, դրական / բացասական ինվերսիա Ձախ / աջ և վերև / ներքևի շրջում, հանում Էլեկտրասնուցումը՝ 220Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ. Ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Վահանաձև գեղձի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Ճառագայթային պաշտպանության գոգնոցի առկայություն Ոչ պակաս քան 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭЙЧЭМЕС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					

ամսվա ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու պարագաները սարքավորման լիարժեք գործունեության համար և անձնակազմի պաշտպանության համար անհրաժեշտ անվտանգության պարագաներ Հրպահակազնեը մրցույթի մասնակիցներին. Մրցույթի արդյունքում առաջին տեղ զբաղեցրած ընկերությունը պետք է ներկայացնի սարքի տեխնիկական անձնագիրը, որը հաստատում է տեխնիկական բնութագրերը: Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է պարբերաբար տեղեկատվություն տրամադրել մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի ՀՀ ներմուծման օրը տեղեկացնել պատվիրատուին Մրցույթի

					արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրած ընկերությունը պարտավոր է սարքերի արկղերը բացել բացառապես պատվիրատուի ներկայացուցիչների ներկայությամբ Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO 13485 կամ համարժեք 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ