# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՆԱՏԻՎԱ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/84 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | ՍԱՄՏԵՔՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | ՍԱՄՏԵՔՍ ԳՐՈՒՊ | ՍԱՄՏԵՔՍ ԳՐՈՒՊ | ՍԱՄՏԵՔՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | Վիրաբուժական սավանները պետք է լինեն դիմացկուն, դիմակայեն բարձր ջերմաստիճաններին և կոպիտ քիմիական նյութերին, որոնք կապված են ավտոկլավով ստերիլիզացման հետ՝ միաժամանակ մնալով փափուկ և հարմարավետ բուժառուների համար: Սավանները պետք է լինեն հակաալերգիկ և բոլոր կողմերից մշակված, 5 թելով եզրակարված , երկտակ ծալված կարով: Գործվածքը պետք է կարողանա դիմակայել բարձր ջերմաստիճանի (մինչև 134°C/273°F) կրկնվող |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ազդեցությանը և գոլորշու ստերիլիզացմանը՝ առանց զգալի կծկվելու, գույնի գունաթափման կամ ամրության կորստի: Կտորի խտությունը՝ ոչ պակաս քան 140գր./մ2 -160 գր./մ2 : Կտորի նյութր պետք է լինի բամբակ 65% , պոլիէսթեր 35% : Չափսը՝ 150սմx220սմ: Գույնը և կտորը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

НАТИВА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/84 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | | | | | |