

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգրան Գրուկ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/84 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	-	-	Փակ տիպի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ՝ կանգնակի հետ միասին: Ճառագայթիչի տիպը՝ փակ, լամպերի քանակը սարքում՝ 2, լամպերի աշխատանքի ցուցիչի առկայություն, աշխատանքի ժամանակի ժամանակաչափի առկայություն, կորպուսը՝ մետաղական, լամպերի աշխատանքային ժամկետը՝ առնվազն 8000 ժամ, կարգավորվող ժամանակաչափի առկայություն, արտադրողականությունը՝ առնվազն 90խմ/ժ, Էներգիայի սպառում՝ առավելագույնը 30Վտ, աղմուկի մակարդակ՝ առավելագույնը 50դԲ, Էլեկտրամատակարարում՝ 220 Վ/50Հց: Կանգնակը պետք է լինի մետաղական, նախատեսված ռեցիրկուլյատորի տարբեր սենյակներում տեղադրման համար՝ առանց պատերին ամրացնելու, ամուր ոտքերով՝ առանց հավելյալ հենակների ռեցիրկուլյատորի կայուն և անվտանգ տեղադրման համար: Կանգնակի բարձրությունը՝ 110սմ±10%, քաշը առանց ռեցիրկուլյատորի՝ 2.2կգ±10%: Կանգնակի ոտքերի մի կողմում պետք է տեղադրված լինեն երկու անիվներ՝ հեշտ տեղափոխման համար: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЧ-ЕДХДТДР-26/84 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
16	-	-	Փակ տիպի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ՝ կանգնակի հետ միասին: Ճառագայթիչի տիպը՝ փակ, լամպերի քանակը սարքում՝ 2, լամպերի աշխատանքի ցուցիչի առկայություն, աշխատանքի ժամանակի ժամանակաչափի առկայություն, կորպուսը՝ մետաղական, լամպերի աշխատանքային ժամկետը՝ առնվազն 8000 ժամ, կարգավորվող ժամանակաչափի առկայություն, արտադրողականությունը՝ առնվազն 90խմ/ժ, Էներգիայի սպառում՝ առավելագույնը 30Վտ, աղմուկի մակարդակ՝ առավելագույնը 50դԲ, Էլեկտրամատակարարում՝ 220 Վ/50Հց: Կանգնակը պետք է լինի մետաղական, նախատեսված ռեցիրկուլյատորի տարբեր սենյակներում տեղադրման համար՝ առանց պատերին ամրացնելու, ամուր օտքերով՝ առանց հավելյալ հենակների ռեցիրկուլյատորի կայուն և անվտանգ տեղադրման համար: Կանգնակի բարձրությունը՝ 110սմ±10%, քաշը առանց ռեցիրկուլյատորի՝ 2.2կգ±10%: Կանգնակի ոտքերի մի կողմում պետք է տեղադրված լինեն երկու անիվներ՝ հեշտ տեղափոխման համար: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:

