# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԼԼԼ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/67 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 12 | - | -- | - | - | Ռոտտա ապարատ Rotta սարքը նախատեսված է կլինիկաներում, հիվանդանոցներում և մասնագիտացված բժշկական հաստատություններում տեսողության սրության ստուգման համար: Սարքում պետք է ներառված լինեն Սիվցևի (հայերեն տառատեսակներով), Գոլովինի և Օռլովայի աղյուսակները միաժամանակ Սեղանները պետք է լուսավորված լինեն LED լույսով Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 5 մ Լուսավորություն սեղանի ցանկացած կետում 250 լյուքս |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Փորձարկման նշանի սահմաններում լուսավորության անհավասարություն չպետք է նկատելի լինի Սնուցումը ՝ 220-240 Վ / 50 Հց Հավաքածու և պարագաներ Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը 24 ամիս |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

LLL ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/67 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 12 | - | - | - | - | Ռոտտա ապարատ Rotta սարքը նախատեսված է կլինիկաներում, հիվանդանոցներում և մասնագիտացված բժշկական հաստատություններում տեսողության սրության ստուգման համար: Սարքում պետք է ներառված լինեն Սիվցևի (հայերեն տառատեսակներով), Գոլովինի և Օռլովայի աղյուսակները միաժամանակ Սեղանները պետք է լուսավորված լինեն LED լույսով Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 5 մ Լուսավորություն սեղանի ցանկացած կետում 250 լյուքս |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Փորձարկման նշանի սահմաններում լուսավորության անհավասարություն չպետք է նկատելի լինի Սնուցումը ՝ 220-240 Վ / 50 Հց Հավաքածու և պարագաներ Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը 24 ամիս |