ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՁՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-81/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Meditech	iBreathe	iBreathe	Meditech	Թոքերի ֆունկցիայի թեստերի վերլուծիչ / սպիրոմետր Չափման պարամետրեր Ուժեղացված կենսական թոքերի ծավալը՝ (FVC) ՝ FVC, FEV1, PEF, (FEV1 / FVC), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEV1 / VC, FEV6, FEV1 / FEV6, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1 / FIVC, PIF, MVV Կենսական ծավալը՝ (VC / SVC). VC, IC, ERV, IRV, EVC, IVC, TV, VE, RR, tI, tE, TV / tI, tI / ttot Առավելագույն օդափոխման ծավալը (MVV)՝ MVV Ծավալի միջակայքը՝ ±10 լ Ծավալի ճշգրտությունը՝ ±3% Հոսքի միջակայքը՝ ±16 լ /վ Հոսքի

					ճշգրտությունը՝ ±5% 10.1" գունավոր LCD սենսորային էկրանի առկայություն, կոճակները կարող են աշխատել սենսորային էկրանի հետ միասին Էկրանը ցույց է տալիս իրական ժամանակում շնչառության ալիքի ձևը. ոչ պակաս քան հոսքի-ծավալի օղակ և ծավալ-ժամանակի կորի գծապատկեր Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն Ավտոմատ ուղղման գործառույթի առկայություն, այն կփոխհատուցի շրջակա միջավայրի տարբերությունների ազդեցությունը Փորձարկման ժամանակի և շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի ցուցադրում Ստուգաչափման գործառույթի առկայություն, որը կապահովի չափման ճշգրտությունը Տվյալների պահեստի առկայություն Թոքերի տարիքի գնահատման գործառույթի առկայություն Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն Էլեկտրասնուցումը՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրացուցիչ պարագաներ. Լազերային տպիչի առկայություն Ստեղնաշարի և մկնիկի առկայություն Համակարգիչի կամ նոութբուքի

					առկայություն Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ՝ քթի փակիչ, բերանի շնչափող (10 հատ մեծահասակների և 10 հատ երեխաների համար), USB մալուխ, տպագրման թուղթ և այլն) Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՅՈՒՆԻՄԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՁՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-81/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Meditech	iBreathe	iBreathe	Meditech	Анализатор/ спирометр для определения функции легких Параметры измерения: Вынужденная жизненная способность (FVC): FVC, FEV1, PEF, (FEV1/FVC), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEV1/VC, FEV6, FEV1/FEV6, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, MVV Жизненная способность (VC/SVC): VC, IC, ERV, IRV, EVC, IVC, TV, VE, RR, tI, tE, TV/tI, tI/ttot Максимальный объем вентиляции (MVV): MVV Диапазон объема: ±10 л Точность измерения объема: ±3% Диапазон потока: ±16 л/с Точность

						потока: ±5% Наличие цветного сенсорного ЖК-экрана диагональю 10.1", кнопками можно управлять вместе с сенсорным экраном Дисплей должен отображать форму волны дыхания в режиме реального времени: не менее чем контур "Поток-объем" и график зависимости объема от времени Наличие встроенного термопринтера Наличие функции автоматической коррекции должно компенсировать влияние различий в окружающей среде Отображение времени тестирования и температуры окружающей среды Наличие функции калибровки должно обеспечивать точность измерений Наличие хранилища данных Наличие функции оценки возраста легких Наличие встроенного аккумулятора Источник питания: 220 В, 50/60 Гц. Дополнительные аксессуары. Наличие лазерного принтера Наличие клавиатуры и мыши Наличие компьютера или ноутбука Комплектация и акссесуары: Установка и пуско-наладочные

					работы. Обучение персонала на месте. Руководство пользователя на английском . Оборудование должно быть новым, неиспользованным. В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования (например, зажим для носа, мундштук (не менее 10 шт. для взрослых и 10 шт. для детей), USB-кабель, бумага для записи и т.д.). Гарантия не менее чем 24 месяцев. Сертификаты качества 1. ISO 13485 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE