ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/8 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Beneheart D30	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd/Շենժեն Մինդրեյ Բիո-Մեդիքալ Էլեկտրոնիքս Քո., Լթդ.	"Դեֆիբրիլյատոր օ Էկրան: ≥8 դյույմ LCD գունավոր կապացիտիվ սենսորային էկրան, պաշտպանված կոփված ապակիով. Առնվազն 1024 × 768 պիքսել Ոչ պակաս, քան 5 ալիքային կոր Խոշոր տառաչափով ինտերֆեյս Կորի սառեցման գործառույթ Էկրանի պատկերահանման (screenshot) գործառույթ Բարձր կոնտրաստի ռեժիմ Ավտոմատ պայծառության կարգավորում Աջակցություն ժեստերով կառավարմանը օ Սքանավորման արագություն: առնվազն 6.25, 12.5, 25, 50 մմ/վ օ Ահազանգի լուսային ցուցիչ: Առկայություն օ Նավիգացիոն պտուտակ/կոճակ: Առկայություն օ Միացման պատրաստականության ժամանակ: Ոչ ավելի, քան 3 վայրկյան օ Գրաֆիկական տեսողական ահազանգման ուղեցույց: Առկայություն • Սնուցում: օ AC մուտքային լարում: 100V–240V օ Մարտկոց: Լիթիում-իոնային մարտկոց, որը պետք է ապահովի ոչ պակաս, քան 300 լիցքաթափում 200 Ջ էներգիայով, կամ ոչ պակաս քան 6.5 ժամ մոնիտորինգ, կամ 4.5 ժամ պեյսինգ՝ մեկ լիցքավորմամբ նոր մարտկոցի դեպքում: օ Անջատման ուշացում՝ մարտկոցի ցածր լիցքի ահազանգից

			հետո: Առնվազն 20 րոպե մոնիտորինգ • Ձեռքով դեֆիբրիլյացիա: օ Կիրառելի պացիենտների խմբեր: Մեծահասակ, մանկական, նորածնային օ Տեխնոլոգիա: Կարճատև երկփուլանի էքսպոնենցիալ (BTE) ալիքաձև, ավտոմատ կոմպենսացիայով՝ ըստ պացիենտի իմպեդանսի օ Առավելագույն էներգիայի ելք: 360 Ջ օ Լիցքավորման ժամանակ: Մարտկոցով՝ մինչև 200 Ջ ոչ ավելի, քան 3 վայրկյանում օ Պացիենտի հետ կոնտակտի ցուցադրում: Պետք է առկա լինեն ցուցիչներ ինչպես էկրանին, այնպես էլ արտաքին paddle-ի վրա, որոնք ցույց են տալիս պացիենտի և paddle/pads-ի միջև կոնտակտային իմպեդանսի վիճակը: Ցուցադրվող իմպեդանսի արժեքը պետք է կարգավորվող լինի: օ Էներգիայի ընտրություն: Պետք է հնարավոր լինի կատարել ինչպես սարքի վահանակից, այնպես էլ արտաքին paddle-ների միջոցով օ Պացիենտի իմպեդանսի միջակայք: 25-ից 300 Օմ՝ արտաքին դեֆիբրիլյացիայի համար օ ԷՍԳ վերականգնման ժամանակը դեֆիբրիլյացիայից հետո: Ոչ ավելի, քան 2.5 վայրկյան օ Ռիթմի ավտոմատ վերլուծություն ձեռքով դեֆիբրիլյացիայի ռեժիմում: Առկայություն օ Աշխատանքի ուղեցույց ձեռքով դեֆիբրիլյացիայի ռեժիմում: Առկայություն • AED (ավտոմատ արտաքին դեֆիբրիլյատոր): օ Ձայնային ուղեցույց: Առկայություն օ Ձայնի գրանցում: Առկայություն օ Շոկի ենթակա ռիթմեր: VF, VT (ՍՍՀ »150 զարկ/րոպե և QRS լայնություն »120 մվ) օ Շոկերի շարք: Շոկեր՝ 1, 2, 3, կարգավորվող: Լռելյայն աճող էներգիայի հաջորդականությունը պետք է համապատասխանի AHA 2020 ուղեցույցին • CPR հետադարձ կապ: օ Մոնիտորինգվող պարամետրեր: Առկայություն՝ հաճախություն, ընդհատման ժամանակ: Ընտրովի՝ խորություն, հետադարձ բարձրացում (recoil), կոմպրեսիաների բաժնեմաս, CQI օ CPR մետրոնոմ: Պետք է համապատասխանի AHA 2020 ուղեցույցին օ CPR կառավարման վահանակ: Առկայություն օ CPR հետհաշվարկ: Առկայություն օ CPR ֆիլտր: Առկայություն օ CPR ուսուցման ռեժիմ: Ներառյալ CPR գործողությունների ուսուցում, փրկարարական ընթացակարգերի ուսուցում, ինտերակտիվ ինքնուսուցում • Պեյսինգ: օ Ռեժիմներ: Ֆիքսված ռեժիմ և պահանջով

			(demand) ռեժիմ o Ալիքաձև: Միանպուլս քառակուսի ալիք o Իմպուլսի տևողություն: 20 մվ, 40 մվ, ±5% o Պեյսինգի հաճախություն: 30 ppm-ից մինչև 210 ppm (Ճշգրտություն՝ ±1.5%, Քայլ՝ 5 ppm) o Պեյսինգի ելք: 0 mA-ից մինչև 200 mA (Ճշգրտություն՝ ±5% կամ ±5 mA՝ որը մեծ է, Քայլ՝ 1 mA, 2 mA կամ 5 mA) o 4:1 պեյսինգի գործառույթ: Առկայություն • Մոնիտորինգ: o ԷՍԳ: 15-ից 300 զարկ/րոպե՝ մեծահասակների համար, 15-ից 350 զարկ/րոպե՝ մանկական և նորածնային պացիենտների համար: Սրտի հաճախության ճշգրտությունը՝ ±1% կամ ±1 զարկ/րոպե՝ որը մեծ է: ԷՍԳ չափաբաժիններ՝ 0.25, 0.5, 1, 2, 4 սմ/մՎ, Auto: ԷՍԳ կասկադային ցուցադրում o ST/QT մոնիտորինգ: Առկայություն o SpO2: 0–100% Մեծահասակների, մանկական և նորածնային պացիենտների համար: Պետք է ապահովի պերֆուզիայի ցուցիչ և ձայնային տոն: o PR: 20–300 զարկ/րոպե o NIBP: Մեծահասակ. Sys 25–290 mmHg, Dia 10–250 mmHg, Mean 15–260 mmHg: Մանկական. Sys 25–240 mmHg, Dia 10–200 mmHg, Mean 15–215 mmHg: Նորածնային. Sys 25–140 mmHg, Dia 10–115 mmHg, Mean 15–125 mmHg: • Գրանցիչ: o Ավտոմատ գրանցում: Լիցքավորման դեպքեր, շոկի դեպքեր, նշված դեպքեր, ավտոթեստի հաշվետվություն, պարամետրային ահազանգեր, առիթմիայի ահազանգեր՝ եթե կարգավորված են որպես միացված o Գրանցման արագություն: 6.25 մմ/վ, 12.5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ o Ալիքաձևի գրանցման տևողություն: 8 վ, 16 վ, 32 վ, STAT o Տպվող ալիքաձևերի քանակ: Առավելագույնը՝ 3 o Թղթի լայնություն: 50 մմ կամ համարժեք առաջարկվող սարքավորմանը • Պահեստավորում: o Դեպքերի գրանցում: Առնվազն մինչև 1000 դեպք յուրաքանչյուր պացիենտի համար o Ալիքաձևերի պահեստավորում: Մինչև 120 ժամ անընդմեջ ԷՍԳ ալիքաձևերի պահեստավորում o Ձայնի գրանցում: Առնվազն 8 ժամ յուրաքանչյուր պացիենտի համար o Աղյուսակային թրենդներ: Առնվազն 200 ժամ բոլոր չափվող պարամետրերի համար, լուծաչափը՝ 1 րոպե o Տվյալների արտահանում: Տվյալները պետք է հնարավոր լինի արտահանել համակարգիչ՝ USB ֆլեշ հիշողության միջոցով • Սպասարկում: o Ավտոթեստ՝

			սնուցումն անջատված վիճակում: Առկայություն, ներառյալ առավելագույն էներգիայի լիցքաթափումը o Ավտոթեստի հաճախականություն: Օրական, շաբաթական o Օգտագործողի թեստի հիշեցում: Առկայություն o Սարքի կարգավիճակի ցուցիչ: Առկայություն o Անհատականացվող թեստի ամփոփում: Առկայություն o Գրաֆիկական տեսողական անսարքությունների վերացման ուղեցույց: Առկայություն • Շրջակա միջավայրի և ֆիզիկական պահանջներ: o Ջրից/պինդ մասնիկներից պաշտպանության աստիճան: ≥IP55 o Խոնավություն: 5-ից 95 % (առանց կոնդենսացիայի) • Ցանց: o Տվյալների փոխանցում: Իրական ժամանակի տվյալների ուղարկում CMS կամ HL7 ծառայությանը՝ Wi-Fi-ի կամ լարային ցանցի միջոցով • Որակի վկայականներ (առկայություն) • 1. ISO 13485 կամ • 2. ISO 14001 կամ • 3. Բժշկական սարքավորումների համար՝ 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ Արտադրողի կողմից սահմանված երաշխիքային ժամկետը նվազագույնը 24 ամիս։"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1			