ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՌԹԻ Մեդիքլ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/68 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ourunpu Medical Technology Co., Ltd	ORP	ORP	Ourunpu Medical Technology Co., Ltd	Հեմոդիալիզի բազաթոռ Բազկաթոռի դիզայնը պետք է լինի էրգոնոմիկ և հարմարավետ պացիենտի համար Լիարժեք նստելու և պառկելու հնարավորության առկայություն Պացիենտը պետք է էլեկտրոնային կառավարման հնարավորություն ունենա՝ բազկաթոռի հետնամասի, ոտքի հատվածի և բարձրության Վահանակից բոլոր դիրքերի կառավարման հնարավորության առկայություն Ընդհանուր չափը ոչ պակաս քան 1900×580 մմ Բարձրության կարգաբերումը ոչ պակաս քան 550 մմ-ից 700 մմ

						միջակայքում Մեջքի հատվածի կարգաբերումը ոչ պակաս քան -10°-ից 70° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգաբերումը ոչ պակաս քան 0° - ից 50° միջակայքում Ծալովի կամ պտտվող արմնկակալների առկայություն Արմնկակալները պետք է ծալվեն այնպես, որ հիվանդը կարողանա նստել և իջնել կողմերից Բազկաթոռի մակերեսը պետք է պատրաստված լինի պատշաճ խտության նյութից (օրինակ՝ փրփուր կամ ներքնակ բարձր խտության սպունգից) Ներքնակի կամ մակերեսային նյութի հաստությունը ոչ պակաս քան 70 մմ Բազկաթոռի արտաքին մակերեսը պետք է երեսապատված լինի կաշվով կամ բարձր որակի արհեստական կաշվով և պետք է հեշտությամբ մաքրվի հիգիենիկ նպատակներով Կմախքը պետք է լինի պողպատից, ծածկը փոշեպատված, պետք է ունենա չորս պտտվող անիվներ ոչ պակաս քան 75 մմ տրամագծով, որոնցից ոչ պակաս քան երկուսը ֆիքսվող Պետք է դիմակայի առավելագույն

					ծանրությանը ոչ պակաս քան 150 կգ Պետք է ունենա սեղանիկ (tray table) Սնուցում. Սնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեներ)) 1. ISO13485 կամ համարժեք 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԷՈՒԹԻ Սեդիքլ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					