ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/147 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ESHERO	ESHERO	SH300	Beijing Eternity Electronic Technology Co., Ltd.	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ) Ինվազիվ և ոչ ինվազիվ վենտիլացիա մեծահասակ, մանուկ և նորածին (ներառյալ վաղաժամ ծնված) հիվանդների համար ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում: Գունավոր գրաֆիկական ցուցադրման մոնիտոր՝ 15 դյույմ գունավոր սենսորային մոնիտոր: Ընտրված պարամետրերի տրենդների տվյալները հասանելի են 72 ժամվա ընթացքում: Ունի էներգիայի ճշգրիտ կառավարում մարտկոցի պահուստավորմամբ: Ունի

						ներկառուցված մարտկոց, որը ապահովում է ԹԱԾ-ի 2 ժամ ամբողջական աշխատանք: Շնչառական ռեժիմները՝ Մեծահասակներ և մանկաբուժություն՝ VCV – Ծավալով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա, PCV – Ճնշումով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա, PSV – Ճնշման աջակցությամբ վենտիլացիա, CPAP – Շարունակական դրական ճնշում շնչուղիներում, SIMV-V - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի, SIMV-P - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման, PRVC (Ճնշման կարգավորվող ծավալի վերահսկում), DualVent (BIVENT) - Երկֆազ դրական օդուղիների ճնշում, APRV - (Օդուղիների ճնշման արձակման օդափոխություն), NIV – Ոչ ինվազիվ վենտիլացիա: Նորածիններ՝ PCV – Ճնշումով կառավարվող (Assisted/Controlled) վենտիլացիա, PSV – Ճնշման աջակցությամբ վենտիլացիա, CPAP –

						Շարունակական դրական ճնշում շնչուղիներում, SIMV-V - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ծավալի, SIMV-P - Սինխրոնացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն, որը վերահսկվում է ըստ ճնշման, PRVC (Ճնշման կարգավորվող ծավալի վերահսկում), DualVent (BIVENT) - Երկֆազ դրական օդուղիների ճնշում, APRV (Օդուղիների ճնշման արձակման օդափոխություն), NIV – Ոչ ինվազիվ վենտիլացիա, nCPAP (Քթային CPAP)։ Շնչառական ծավալը՝ 2 - 1500 մլ տիրույթում։ Րոպեական ծավալը՝ 1-100 լիտր/րոպե տիրույթում։ Ներշնչման ժամանակը՝ 0.2 - 5 վրկ տիրույթում։ I:E հարաբերակցությունը՝ 4:1 – 1:10 տիրույթում։ Շնչառական հաճախությունը՝ Մեծահասակ՝ 4-80 շնչ/րոպե միջակայքում, Մանկական/նորածնային՝ 4-120 շնչ/րոպե միջակայքում, FiO2՝ 21-100%։ Ներշնչման զգայնություն՝ Հոսքը՝ 0,5 - 15 լ / րոպե միջակայքում, Ճնշումը՝ -20 ից 0 սմ H2O միջակայքում։ PEEP՝ 0 - 30

						cmH2O միջակայքում: CPAP՝ 1 - 20 cmH2O միջակայքում: Controlled Pressure (PCV)՝ 2 - 50 cmH2O միջակայքում: Pressure Support (PSV)՝ 0 - 70 cmH2O միջակայքում: Inspiratory Pause (կարգաբերվող VCV ռեժիմում)՝ 0 - 2 վարկյան միջակայքում: Inspiratory pressure՝ 5 - 70 cmH2O միջակայքում: Առավելագույն ճնշման սահմանափակում (անվտանգության սահմաններ)՝ 2 - 60 cmH2O միջակայքում: Շնչառական խողովակների մեջ ծավալի կոմպենսացիայի ավտոմատ հաշվարկի առկայություն: Ահազանգեր՝ Լուսային և ձայնային ազդանշաններ՝ ըստ առաջնահերթության և էկրանի հաղորդագրությունների, Համակարգը թույլ է տալիս անջատել ահազանգերը, Բարձր և ցածր ներշնչման ճնշում, O2-ի ցածր ճնշումը, Հիմնական էներգիայի կորուստ, Մարտկոցի ցածր լիցք, Բարձր շարունակական ճնշում, Անջատում հիվանդից, Թթվածինը բավարար չէ, Րոպեական ծավալը, Բարձր և ցածր ընդհանուր ծավալը,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՐՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/147 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					Բարձր և ցածր տոկոս O2, Շնչառության կանգ, Արտահոսք, Շնչառության բարձր հաճախություն, Ցածր PEEP, Բարձր PEEP: Դիսփլեյ/մոնիտորինգ՝ Ալիքային պատկերներ՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, օժանդակ ճնշում, Տվյալները՝ կառավարման ընտրանքներ, հիվանդի տվյալներ, ազդանշանային պարամետրեր և հաղորդագրություններ, Կարգավիճակի ցուցիչ՝ վենտիլացիոն ռեժիմ, մարտկոցի մակարդակ, ժամացույց, O2 % պարունակությունը խառնված գազի մեջ, Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց: Համակարգը ներառում է՝ Բժշկական տուրբին, Խոնավացուցիչ, 1 խոնավացուցիչի ջրի խցիկ, բազմակի օգտագործման, O2-միացնող խողովակ՝ 2 մ, Օդի խոնավացուցիչ՝ ջեռուցումը անվտանգության թերմոստատով եւ աշխատանքային կարգավիճակի ցուցիչով, 1 շնչառական խողովակներ, նորածնային հիվանդի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջրի թակարդներով, Y-մասով, դիմակի միակցիչով,

						կաթետերի միակցիչով, շնչառական պարկ, 1 շնչառական խողովակներ, մեծահասակ/երեխա հիվանդի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջրի թակարդներով, Y-մասով, դիմակի միակցիչով, կաթետերի միակցիչով, շնչառական պարկ: Հիմնական լրակազմ՝ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ: Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն, Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքերը և պարագաները նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (բռնակներ, մեծահասակների և երեխաների համար բազմակի օգտագործման շնչառական խողովակներ, դիմակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, թթվածնի պահեստային սենսոր, սարքը գազի վահանակին միացնելու համար նախատեսված խողովակներ՝

					յուրաքանչյուրը 2 մ, միակցիչներ, շնչառական պարկեր)։ Երաշխիքը՝ 24 ամիս, Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ 1. ISO13485, 2. MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ։