ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/147 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ՝ VCV, PCV, PSV, SIMV, PCV-VG (PRVC), Manual/Spont, BiPAP, CPAP: Օդափոխման բոլոր ռեժիմները համապատասխանում են նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին : Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ՝ 12" անկյունագծով ներկառուցված սենսորային էկրան սարքավորման կարգաբերումների համար և 15" անկյունագծով ինտեգրված մոնիտոր հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման

						համար: Սենսորային էկրանի և մոնիտորի թվային էկրանի պիքսելները՝1024x768: Առանձին նեռկառուցված թթվածնային հոսքաչափ 15 լ/ր մատակարարման հնարավորությամբ: Արտացոլում մոնիտորի վրա՝ Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ, ածխաթթու գազի կոնցենտրացիա, թթվածնի կոնցենտրացիա, օգտագործողի կարգավորմամբ: Պարամետրերը՝ Շնչառական ծավալը՝ 5-ից 1500 մլ տիրույթում, Ներշնչման հոսքը՝ 90 լ/ր, Շնչառության հաճախությունը՝ 4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում, I:E ratio՝ 4:1 – 1:8, Ճնշման հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O, Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) - 50 սմ H2O, PEEP՝ 3 – 20 սմ H2O միջակայքում: Մարտկոցի առկայություն՝ Անզգայացման սարքի աշխատանքը մարտկոցով 120 րոպե: Ազդանշաններ՝ O2 գազի մատակարարման ճնշում, օդ, էլեկտրամատակարարում, համակարգի անսարքություն, փորձարկման ձախողում, ճնշումներ՝ pmax, pmin, PEEP max, հաճախականություն, ծավալներ՝

						MVmax, MVmin, Vtmin: Այլ պահանջներ՝ Երկու գոլորշիացնող սարքերի համար գոլորշիացնող ամրակների առկայություն, O2 չափման համակարգի առկայություն, CO2 չափման համակարգի առկայություն, Իզոլյուրանի և սեվոֆլյուրանի գոլորշիացուցիչների առկայություն, Հուսալի CO2 կլանիչ, Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Հիմնական լրակազմ՝ Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ, գազի աղբյուրներին միացնելու խողովակների համալիր, Հոսքի տվիչ, բազմակիրառելի, Ջրային կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր, բազմակի օգտագործման 2 հատ (մեծահասակների, երեխաների): Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն, Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքերը և պարագաները նախատեսված սարքավորման

					լիարժեք շահագործման համար (բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար՝ 2 հավաքածու, 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ՝ 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր)։ Երաշխիքը՝ 24 ամիս, Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ 1. ISO13485, 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/147 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					