ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/68 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ֆիրմայի անվանումը	Ապրանքային նշան	Մակնիշ	Արտադրողի անվանում	Հեմոդիալիզի սարք B. Braun Dialog+ կամ համարժեք Baxter AK98 կամ համարժեք Fresenius 4008S կամ համարժեք Nikisso DBB-EXA Պահանջներ. Սարքը պետք է նախատեսված լինի հեմոդիալիզի անցկացման համար՝ ոչ պակաս քան ցածր թափանցելիությամբ (low flux) և բարձր թափանցելիությամբ (high flux) Մարտկոցի առկայություն Մեքենան պետք է ունենա մանրէների զտիչ (Օրինակ՝ պիրոգեն ֆիլտր)՝ մինչև ջրի հոսքը դեպի դիալիզատոր Աուդիո-, տեսա-ազդանշանների առկայություն

						Մոնիտորին բուժման պարամետրերի ցուցադրման առկայություն Միզանյութի վրա հիմնված KT/V շարունակական մոնիտորինգի հնարավորության առկայություն Խտանյութի սպասում ռեժիմի առկայություն Հեպարինի համար ներարկիչ դիսպանսերի առկայություն Bicart կամ Bibag պահիչի առկայություն Բոլոր սարքերի համար պետք է մատակարարվեն արյան ճնշումը չափելու մանժետները (ճարմանդները) Սարքի ախտահանման և մաքրման համակարգի առկայություն Պետք է ունենա ինտեգրված ջերմային և/կամ քիմիական ախտահանման հնարավորություն՝ ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար ախտահանման ծրագրով՝ օր/ գիշեր շաբաթային գրաֆիկով Պետք է ունենա դրենաժային համակարգ Պետք է հնարավոր լինի մեքենան միացնել համակարգչին Սնուցում. Սնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Առաջարկվող սարքերը պետք է նախատեսված լինեն երկու կամ ավելի արտադրողների ISO

						13485 կամ համարժեք և CE Mark կամ համարժեք որակավորում ունեցող պարագաների (դիալիզատոր /հիվանդի անհատական ֆիլտր, արյան հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ, ռեակտիվներ և այլն) կիրառման համար: Համակարգի տեղադրման և ստանդարտացման համար պահանջվող բոլոր ծախսանյութերը պետք է տրվեն Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Տեղադրումը և մեկնարկը պետք է իրականացվեն սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից Համալիրը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ջրի մաքրման համակարգի միացման համար, էլեկտրական համակարգերի համար անհրաժեշտ անջատիչներ (էլեկտրոնային համակարգերի համար անհրաժեշտ ավտոմատներ (ապահովիչներ)) և այլն) Ոչ պակաս քան 3 ամիսը մեկ անգամ

						մասնագետի կողմից համայց սարքավորումների ընդհանուր գործունեության ստուգման համար Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման իրականացում՝ ներառյալ անհրաժեշտ պահեստամասերի պարտադիր փոխարինմամբ Մատակարար ընկերությունը երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ընթացքում պետք է ունենա մատակարարված սարքավորումների առավել հաճախ խափանվող դետալների պահեստամասերի որոշակի քանակություն խափանված սարքավորումների (բացառության հիմնական վերանորագման) առավելագույնը 2 օրվա ընթացքում վերանորոգման նպատակով Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն Հայաստանում: Մատակարար ընկերությունը սարքավորման երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ընթացքում պետք է ունենա հենոդիալիզի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << ԱՄ ԷԱՃԱ ՊԱԲ-2026/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					սարքավորումների սպասարկում իրականացնող ոչ պակաս քան 2 հավաստագրված ինժեներ: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Ստանդարտներ (տեխնիկական վկայագրեր (վկայագրերի պատճեներ) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ