ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՁՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-81/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	MAICO	MAICO	MI36	MAICO Diagnostics GmbH	Աուդիոմետր տիմպանոմետրով Նախատեսված մեծահասակների երեխաների և նորածինների օդային և ոսկրային լսողության ստուգման, ինչպես նաև տիմպանոմետրիայի համար Տիմպանոմետրիա. Տվիչի հաճախականությունները. . հետազոտություն անցկացնելու նպատակով 2 տարբեր հաճախականությունների առկայություն 226 Հց ± 1 %, 85 դԲԱՃՄ ± 2 դԲ 800 Հց ± 1%, 70,5 դԲԱՃՄ ± 2 դԲ Ճնշման միջակայք. -600-ից + 400 դեՊա միջակայքում Ճնշման ճշգրտությունը ± 10 % / ±

						10 դեՊա/ միջակայքում: Ծավալի միջակայքը 0,05-ից 6,0 մլ (փոխհատուցված): Համապատասխանության միջակայք՝ 1- 7 մլ 226 Հց հաճախականության համար: Ռեակտիվ հաղորդականության միջակայք՝ հասանելի սանդղակները՝ 5-15 միլիսիմենս Չափման ժամանակը 20 վայրկյան Ակուստիկ ռեֆլեքս. Փորձարկման հաճախականությունները 0,5, 1, 2, 4 կՀց Փորձարկման մեթոդներ իպսիլատերալ, կոնտրալատերալ: Իպսիլատերալ մակարդակը 70-ից 100 դԲ HL միջակայքում: Կոնտրալատերալ մակարդակը 70-ից 110 դԲ HL միջակայքում: Մակարդակի կարգավորումը ավտոմատ և ֆիքսված: Ռեֆլեքսային անկում. Ստանդարտ տվիչի հաճախականությունը 226 Հց ± 1 %: Փորձարկման հաճախականությունները 0,5, 1, 2, 4 կՀց Իպսիլատերալ մակարդակը 70-ից 100 դԲ HL միջակայքում: Կոնտրալատերալ մակարդակը 70-ից 110 դԲ HL միջակայքում: Փորձարկման մեթոդները ինտակտ

						և «ծակոտկեն»: Ճնշման միջակայքը - 600-ից + 400 դեՊա: Աուդիոմետրիա. Փորձարկման ազդանշանները՝ սինուսային և տատանվող տոն: Փորձարկման ազդանշանների ռեժիմները՝ պուլսային և շարունակական: Օդային լսողության փորձարկման հաճախականությունները՝ 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Հց Ոսկրային լսողության թեստերի հաճախականությունները 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 Հց: Մակարդակի քայլերը 5 դԲ Օդային լսողության մակարդակի միջակայքը -10-ից 110 դԲԼՄ: Ոսկրային լսողության մակարդակի միջակայքը -10-ից 70 դԲԼՄ: Սարքի ընդհանուր բնութագրեր. Էկրանը 10,4 դյույմ LED, սենսորային կառավարմամբ: Համակարգչային ինտերֆեյսը USB: Ներկառուցված ջերմային տպիչ ստանդարտ աուդիոմետրիայի թղթի համար Էլեկտրամատակարարումը 220-240 Վ ± 10 %, 50/60 Հց համապատասխանում է. Տիմպանոմետրիայի

						համապատասխանություն ըստ IEC 60645-5, Տիպ 2 Աուդիոմետրիայի համապատասխանություն ըստ IEC 60645-1, Տիպ 3 Անվտանգության համապատասխանություն ըստ IEC 60601-1 Կիրառելի մասերը. Տիմպանոմետրիայի համապատասխանություն ըստ IEC 60645-5, Տիպ 2 Համատեղելիություն էլեկտրամագնիսական միջավայրի հետ (EMC) ըստ IEC 60601-1-2 Այլ պայմաններ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար, այդ թվում բոլոր պարագաները օդային, ոսկրային լսողության ստուգման, ինչպես նաև տիմպանոմետրիայի համար: Երաշխիքը 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO13485 2. Բժշկական սարքավորումների համար՝ MDR Regulation (EU) 2017/745

					սերտիֆիկատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-81/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					