# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | բժշկական սարքերի հավաքածուներ | բժշկական սարքերի հավաքածուներ | բժշկական սարքերի հավաքածուներ | բժշկական սարքերի հավաքածուներ | **Կենսաբանական անվտանգության պահարան՝ II դասի, Type A2** 1. Սարքավորման տեսակը՝ կենսաբանական անվտանգության պահարան, II դասի, Type A2։ 2. Աշխատանքային գոտու օգտակար լայնությունը՝ առնվազն 1500 մմ, 3. Սարքավորման տեսակ՝ հատակային հենակով 4. Աշխատանքային սկզբունքը՝ ներհոսող օդային հոսք և ուղղահայաց իջնող՝ HEPA ֆիլտրով մաքրված օդային հոսք։ 5. Օդի մաքրման համակարգ՝ մատակարարվող և արտանետվող օդի համար HEPA ֆիլտրեր՝ H14 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | դասի կամ համարժեք՝ EN 1822 ստանդարտի համաձայն, ֆիլտրման արդյունավետությունը՝≥ 99,995% 6. Անվտանգության դասի և աշխատանքի արդյունավետության համապատասխանությունը՝ EN 12469 կամ համարժեք ստանդարտին: 7. Կառավարման համակարգ՝ թվային կամ միկրոպրոցեսորային: 8. Օդային հոսքի խափանման դեպքում՝ լուսային և/կամ ձայնային ազդանշան: 9. Առջևի պաշտպանիչ ապակի՝ թափանցիկ,բարձր ամրության, կոփված կամ համարժեք անվտանգության ապակի՝ կարգավորվող բարձրությամբ:Առջևի ապակու դիրքի անվտանգության վերահսկում և ահազանգ: 10. Աշխատանքային մակերես՝ չժանգոտվող պողպատից կամ համարժեք՝ քիմիական ախտահանման համար հարմար նյութից: 11. Աշխատանքային գոտու լուսավորություն՝ LED, առնվազն 800լյուքս: 12. ՈՒլտրամանուշակագույն լամպի առկայություն- տեսակ՝ UV-C, Կառավարում առանձին անջատիչով |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | և ժամանակաչափով: 13. Էլեկտրական սնուցում՝ 220–240 Վ, 50 Հց, միաֆազ: 14. Արտադրողի կողմից նախատեսված՝ տեղադրման, գործարկման և տեխնիկական սպասարկման հնարավորություններ: 15. Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս: 16. Մատակարարման հետ միասին ներկայացվում են շահագործման հրահանգը, տեխնիկական փաստաթղթերը և համապատասխանության փաստաթուղթը: 17. Տեղադրումից հետո՝ օդային հոսքերի և ֆիլտրերի ամբողջականության ստուգում՝ համապատասխան արձանագրությամբ: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | | | | | |