ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ԲՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ — պարագաներ	լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ — պարագաներ	լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ — պարագաներ	Տեսակը՝ լաբորատոր ցենտրիֆուգ։ Տարողությունը՝ առնվազն 13 փորձանոթ։ Նմուշների տեսակ՝ արյան շիճուկ և այլ կենսաբանական նմուշներ։ Առավելագույն պտտման արագությունը՝ առնվազն 4,000 պտ/րոպե։ Արագության կարգավորումը՝ էլեկտրոնային։ Ժամանակաչափ՝ կարգավորվող, առնվազն 1–99 րոպե։ Կառավարման վահանակ՝ թվային էկրանով։ Անվտանգություն՝ կափարիչի կողպման համակարգով։ Էլեկտրասնուցում՝ 220–240 Վ, 50 Հց։ Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և ունենա երաշխիքային սպասարկում։ Մատակարարման հետ պետք է տրամադրվեն շահագործման հրահանգը և համապատասխանության փաստաթղթերը։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ — պարագաներ	լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ — պարագաներ	լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ — պարագաներ	Տեսակը՝ լաբորատոր ցենտրիֆուգ։ Տարողությունը՝ առնվազն 13 փորձանոթ։ Նմուշների տեսակ՝ արյան շիճուկ և այլ կենսաբանական նմուշներ։ Առավելագույն պտտման արագությունը՝ առնվազն 4,000 պտ/րոպե։ Արագության կարգավորումը՝ էլեկտրոնային։ Ժամանակաչափ՝ կարգավորվող, առնվազն 1–99 րոպե։ Կառավարման վահանակ՝ թվային էկրանով։ Անվտանգություն՝ կափարիչի կողպման համակարգով։ Էլեկտրասնուցում՝ 220–240 Վ, 50 Հց։ Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և ունենա երաշխիքային սպասարկում։ Մատակարարման հետ պետք է տրամադրվեն շահագործման հրահանգը և համապատասխանության փաստաթղթերը։