# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/86 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | ազդանշան ընդունող սարքեր | ազդանշան ընդունող սարքեր | ազդանշան ընդունող սարքեր | Համակարգի ընդհանուր նկարագրությունը և աշխատանքի սկզբունքը • Համակարգը պետք է լինի ամբողջությամբ անլար (աշխատի ռադիոալիքների միջոցով), ապահովի կապը հիվանդասենյակների (պացիենտների) և բուժքույրական հերթապահական կետի (կամ շրջող անձնակազմի) միջև: • Պացիենտի կողմից կանչի կոճակը սեղմելիս, ազդանշանը պետք է ակնթարթորեն (առավելագույնը 1-2 վայրկյանում) արտացոլվի բուժքրոջ հիմնական էկրանին (մոնիտորին) և/կամ բուժքրոջ դաստակային ժամացույց-ընդունիչին՝ նշելով հիվանդասենյակի և/կամ մահճակալի համարը, ինչպես նաև ուղեկցվի ձայնային ազդանշանով: 2. Բաղադրիչ տարրերի տեխնիկական պահանջները Ա. Հիվանդի կանչի սեղմակ (Կոճակ)՝ մահճակալի մոտ տեղադրվող • Աշխատանքային հաճախականություն՝ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 433.92 ՄՀց (կամ համարժեք ազատ հաճախականություն)։ • Գործողության շառավիղ՝ Ոչ պակաս, քան 100 մետր բաց տարածությունում (շենքի ներսում պատերի միջով կայուն կապի ապահովմամբ)։ • Սնուցում՝ Ինքնավար (երկարակյաց մարտկոցով, աշխատանքային ռեսուրսը՝ ոչ պակաս, քան 12 ամիս կամ 30,000 սեղմում)։ • Պատյան և պաշտպանվածություն՝ Հարվածակայուն, խոնավապաշտպան (առնվազն IPX4 դասի, բժշկական ախտահանիչ նյութերով մշակման հնարավորությամբ)։ • Ամրացում՝ Պատին կամ մահճակալի գլխավերևում երկկողմանի կպչուն ժապավենով կամ հեղյուսներով ամրացնելու հնարավորություն։ • Լրացուցիչ պահանջ՝ Կոճակը սեղմելիս պետք է ունենա լուսային ինդիկացիա (LED), որպեսզի հիվանդը վստահ լինի, որ ազդանշանն ուղարկվել է։ Ազդանշանի ուժեղացուցիչ – Նշում. ավելացրեք, եթե շենքը մեծ է կամ բազմահարկ • Նախատեսված է անլար կապի տարածությունը մեծացնելու և պատերի պատճառով առաջացող խոչընդոտները հաղթահարելու համար։ Սնուցումը՝ 220Վ։ 3. Ընդհանուր պարտադիր պահանջներ • Երաշխիքային ժամկետ՝ Մատակարարման և տեղադրման պահից սկսած ոչ պակաս, քան 12 ամիս։ • Տեղադրում և կարգավորում՝ Ներառված է արժեքի մեջ (մատակարարը պետք է իրականացնի կոճակների ծրագրավորումը և համակցումը էկրաններին/ժամացույցներին)։ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՐԳԿ-ԷԱՃԱՊՁՐ-26/86 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | | | | |