# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Ջեներալ Սիսթեմս ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/147 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 17 | Գինեկոլոգիական ֆունկցիոնալ էլեկտրական բազկաթոռ | Գինեկոլոգիական ֆունկցիոնալ էլեկտրական բազկաթոռ | Գինեկոլոգիական ֆունկցիոնալ էլեկտրական բազկաթոռ | Գինեկոլոգիական ֆունկցիոնալ էլեկտրական բազկաթոռ | Գինեկոլոգիական ֆունկցիոնալ էլեկտրական բազկաթոռ Ցուցիչ — Տեխնիկական պահանջ Նշանակությունը — Գինեկոլոգիական զննման, ախտորոշիչ և բուժական միջամտությունների իրականացման համար: Տեսակը — Էլեկտրական, բազմաֆունկցիոնալ գինեկոլոգիական բազկաթոռ: Կառուցվածք — Ամուր մետաղական շրջանակ՝ հակակոռոզիոն ծածկույթով: Կառավարման համակարգ — Էլեկտրական՝ ձեռքի կառավարման վահանակով: |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Բարձրության կարգավորում — Էլեկտրական, մոտավորապես 55–90 սմ կամ ավելի լայն միջակայքում։ Մեջքի հատված — Էլեկտրական կարգավորմամբ՝ տարբեր թեքության անկյուններով։ Նստատեղ — Կարգավորվող, անատոմիական ձևավորմամբ։ Ոտքերի հենակներ — Անկյունի և դիրքի կարգավորմամբ, ցանկալի է՝ առանձին կարգավորվող։ Գինեկոլոգիական դիրք — Պետք է ապահովի ծնկածալված/լիթոտոմիկ դիրք՝ գինեկոլոգիական զննման համար։ Trendelenburg — Ցանկալի է՝ էլեկտրական Trendelenburg և հակադարձ Trendelenburg դիրքերի հնարավորություն։ Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն — Առնվազն 150–180 կգ։ Բազկակալներ — Կարգավորվող կամ ծալվող։ Ոտնակալներ — Բժշկական նշանակության, կարգավորվող և հեշտ մաքրվող։ Թաս/հեղուկների հավաքիչ — Հանվող, հեշտ լվացվող և ախտահանվող։ Պաստառ — Բժշկական վինիլ/PVC կամ համարժեք՝ անջրանցիկ և ախտահանիչների նկատմամբ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | դիմացկուն: Արտակարգ իջեցում — Էլեկտրական համակարգի խափանման դեպքում ապահովել անվտանգ դիրքի բերելու հնարավորություն: Կայունություն — Պետք է ապահովի անվտանգ և կայուն աշխատանք ցանկացած աշխատանքային դիրքում: Մաքրում — Բոլոր մակերեսները պետք է լինեն հեշտ մաքրվող և ախտահանվող: Էլեկտրական անվտանգություն — Բժշկական էլեկտրական սարքավորումներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներին համապատասխան: Լրացուցիչ — Պետք է նախատեսված լինի գինեկոլոգիական գործիքների/աքսեսուարների ամրացման հնարավորություն: Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Дженерал Системс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/147 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 17 | | | | | |