ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	C2000-4 - Semi-Auto Coagulation Analyzer	C2000-4 - Semi-Auto Coagulation Analyzer	C2000-4 - Semi-Auto Coagulation Analyzer	Mindray	Վերլուծիչի տիպը՝ կիսաավտոմատ: Չափման մեթոդը՝ Մածուցիկության վրա հիմնված հայտնաբերման համակարգ VBDS: Հետազոտման հնարավոր պարամետրերը՝ PT (sec, %, INR, Ratio), APTT, Fibrinogen, TT,Reptilase, Protein C, Protein S, ինչպես նաև մակարդման գործոններ՝ VII, VIII, IX և X: Նմուշների համար նախատեսված տեղերը՝ 16 ինկուբացիոն տեղ, որոնցից ոչ պակաս, քան 4-ը՝ իրարից անկախ: Չափման տեղերը՝ 4 անկախ չափման բնիկ: Ռեագենտների համար

						նախատեսված տեղերը՝ ոչ պակաս, քան 4 տեղ: Ինկուբացիոն ջերմաստիճանը՝ 37°C ± 0,5°C: Ժամանակաչափ և ազդանշանային համակարգ՝ առկա: Հետազոտության ավտոմատ մեկնարկի հնարավորություն՝ առկա: Միկրոպիպետ՝ սարքին միացված և սարքի մաս կազմող մխոցային ծայրակալներով Նմուշների ֆիզիկական հատկությունների ազդեցությունը՝ չափման արդյունքների վրա չեն ազդում պլազմայի ֆիզիկական հատկությունները, այդ թվում՝ լիպեմիկ, հեմոլիզված և իկտերիկ պլազմաները: Որակի հսկման ծրագիր՝ Levey-Jennings: Տվյալների փոխանցման և միացման հնարավորություններ՝ արտադրողի կողմից նախատեսված ինտերֆեյսի միջացով: Համակարգչին և LIS համակարգին միանալու հնարավորություն: Գծային շտրիխ-կոդի և/կամ QR կոդի ընթերցիչի միացման հնարավորությունը ցանկալի է: Էլեկտրասնուցում՝ 100–240 Վ, 50/60 Հց: Որակի և համապատասխանության

					հավաստագրեր՝ ISO 13485 CE սերտիֆիկատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					