ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
74	Mindray	A3/A5	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd./ Շենժեն Մայնդրեյ Բիո-Մեդիքալ Էլեկտրոնիքս ՍՊԸ	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը համալրված է արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակուումի համարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը' 4 րոպե: Սարքը օժտված է արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով, պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով, ներկառուցված դարակներով: Գոլորշացուցիչները փոփոխական շրջանցիկ, ամբողջությամբ փոխհատուցվող մեթոդով: Շնչառության ծավալը ՝ 20 -1400 մլ միջակայքում, ներշնչման դադարը 0-50% միջակայքում, շնչառության հաճախականությունը ՝ 4-60 շնչ/րոպե միջակայքում,

					ներշնչման հոսքը՝ 180 լ/ր, պասիվ անզգայացնող գազի հեռացում, CO2-ի կոնցենտրացիայի արտացոլում ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկում էլեկտրոնային անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի տվիչի արձագանքը՝ 0,45վ, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցներից՝ 45ր: Դիտարկման հնարավորությունները՝ թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում, հավելյալ 15.6 դյույմանոց պացիենտ մոնիտոր: Սարքն ունի հետևյալ կորերի արտացոլման հնարավորություն՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, CO_2, հալոտան, իզոֆլուրան, էնֆլուրան, սևոֆլուրան, դեսֆլուրան և թթվածին: Սարքն ունի գրաֆիկական և թվային տրենդների արտացոլման հնարավորություն՝ Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. / exp., O2 insp. / exp., ազդող նյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն: Տագնապների պահպանում և արտահանում: Սարքը հնարավորություն ունի հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I : E, CO2, O2, Agent: Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք 1 հատ, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ, որնցից 1-ը իզոֆլյուրան և մյուսը՝ սևոֆլուրան, «Freshgas» պորտ 1 հատ, խնամյալի մոնիտոր 1 հատ: Սարքավորումը ունի՝ ISO13485 որակի հավաստագիր, ինչպես նաև FDA որակավորում: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված,

				գործարանային փաթեթավորմանբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ՝ 24 ամիս: Սարքի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են սարքն արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մասնագետի գործող սերտիֆիկատը առկա է: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագող տեխնիկական խնդիրների լուծումը իրականացվելու է սարքն արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Սարքը տեղադրելուց հետո բերվում է վերջնական աշխատանքային վիճակի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-29-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
74				