ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երմեդ ՍՊԸ-ն ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/3 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
69	GPC MEDICAL LTD.	GPC	GPC MEDICAL LTD.	Անրակի հարթակ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, հարթակները արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակի վրա լինում են 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 անցքեր, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով, համատեղելի է 3.5մմ-2,7մմ կորտիկալ և 4.0 մմ սպոնգիոզ պտուտակների հետ, անրակ-ակրոմիալ միացության ֆիքսման հանարավորությամբ (hook) և առանց դրա, հեռակա ծայրը (distal part) լայանցած (ըստ պահանջի) 2,4մմ և 2,7մմ արգելափակվող պտուտակներով ֆիքսման հնարավորությամբ Ճաճանչային/ծղիկային հարթակ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով

					դինամիկ կոմպրեսսիոն են։ Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝4, 5, 6, 7, 9, 10 անցք, հարթակը լինում է կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 3.5մմ կորտիկալ, 3,5 կամ 4.0 մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Ճաճանչոսկրի դիստալ հարթակ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, հարթակի դիստալ հատվածում առակա արգելափակվող անցքերը ֆիքսված և անկյան փոփոխման հնարավորությամբ (multi-direction), պահանջվող անցքերն են՝4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 2,4մմ և 3,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար։ Ծղիկոսկրի պրոքսիմալ հարթակ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն, պահանջվող անցքերն են՝ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 անցք, համատեղելի է 2,4մմ պտուտակների համար։ Նրբոլոքի հարթակ, լատերալ և հետին-լատերալ ֆիքսման հնարավորությամբ, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակները լինեն արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող։ Հարթակները աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, դիստալ հատվածում

					լայնացմամբ և ոչ: Հարթակի պահանջվող անցքերն են՝4, 5, 6, 7, 9, 10 կոմբինացված և ֆիքսված անցք (ըստ պահանջի): Հարթակը նախատեսված է 3.5մմ կորտիկալ և 4,0մմ սպոնգիոզ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար(ըստ պահանջի): * Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված: * Իմպլանտները պատրաստված են չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածքից, նոր են, չօգտագործված, կմատակարարվեն տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան գործիքների (հորատներ, պտուտակային ծորակներ, պտուտակահաններ, սահմանափակող պտտող մոմենտի պտուտակահան հորատման թևքով, ուղղորդող գործիքներ, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) իմպլանտների տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածու) հետ միասին: CE MARK որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: * Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը կապահովի պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված

					էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: Մատակարարումը 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/: *Պայմանագրի գործունեության ողջ ժամկետի ընթացքում մատակարարը գնորդին անհատույց կտրամադրի իմպլանտների տեղադրման համար անհրաժեշտ հետևյալ գործիքները. 1. Կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափի հավաքածու, որը կազմված է սնամեջ ցիլիդրիկ ալյումինե կորպուսից, որով հնարավոր է անցկացնել և պահել Կիշների շյուղեր, շաղափից, 2 (երկու) հատ, նիկել-մետաղահիդրիդային մարտկոցներից (14.4V, 1800mAh), 2 (երկու) հատ, մարտկոցը տեղափոխելու ասեպտիկ օղից, լիցքավորիչից, գայլիկոնի բռնիչի բանալուց, տեղափոխման համար նախատեղված ալյումինե տարրայից, ենթակա է ստերիլիզացման (ավտոկլավացման) ≤ 135 °C ջերմաստիճանում: 2. Օրթոպեդիկ օսցիլյացնող օսթեոտոմի հավաքածու, որը կազմված է ալյումինե կորպուսից, որին ամրանում է հատող շեղբը: Հավաքածուն բաղկացած է 4 (չորս) հատ տարբեր չափերի շեղբից, 2 (երկու) հատ նիկել-մետաղահիբրիդային մարտկոցներից (14.4V, 1800mAh), 2 (երկու) հատ մարտկոցը տեղափոխելու ասեպտիկ օղից, լիցքավորիչից, տեղափոխման համար նախատեղված ալյումինե տարրայից, ենթակա է ստերիլիզացման (ավտոկլավացման) ≤ 135 °C

				ջերմաստիճանում: * Պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման պահանջ ներկայացնելիս հստակ նշվում է անհարաժեշտ իմպլանտի անվանումը, դրա տեսակը, ձևը, պատրաստման նյութը, չափը, քանակը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ермедц СПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
69				